

Radom, dn. 04.11.2025

Do uczestników postępowania.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Defektoskop wiroprądowy ETi200 wraz z zestawem na potrzeby Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Znak sprawy: AAZ-053-231/17/25

WN-053_AAZ/01687/2025

W odpowiedzi na pytania z dnia 04.11.2025r Zamawiający informuje:

Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o odpowiedź na poniższe pytanie:

Proszę o podanie szczegółów dotyczących aluminiowych próbek testowych (poz. 17) oraz aluminiowych i stalowych próbek testowych (poz. 18), str. 3-4.

Odpowiedź:

W specyfikacji celowo nie podano zawężających szczegółów odnośnie aluminiowych próbek testowych.

Mają one w jak najbardziej efektywny sposób pokazywać możliwości defektoskopu wiroprądowego w zakresie wykrywania wad w elementach wykonanych z metali niemagnetycznych. Dobrym reprezentantem jest tu aluminium (lub jego stopy). W elementach aluminiowych w postaci cienkich płytek powinny być wykonane intencjonalnie sztuczne wady w taki sposób, żeby jak najlepiej sprawdzały możliwości defektoskopu i były dostosowane do podanych w specyfikacji rodzajów głowic.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
APARATURY, ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU


mgr Jacek Krawczyk