

Radom, dn. 23.06.2022

**Do uczestników postępowania.**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Spektrofotometr FTIR z ATR wraz z zestawem niezbędnych narzędzi do pomiarów FTIR transmisyjnych w tym prasa ręczna do tabletek KBR na potrzeby Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Nr sprawy: WN-053\_AAZ/00298/2022

W odpowiedzi na pytania z dnia 20.06.2022r Zamawiający informuje:

**Pytanie 1:** Czy zamawiający dopuści precyzję liczby falowej 0,007cm-1 (przy 3000 cm-1 )

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza precyzję nie gorszą niż 0,01 cm-1 przy liczbie falowej 3000.

Z poważaniem  
KIEROWNIK DZIAŁU  
APARATURY, ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU

  
mgr Jacek Krajewski